

Về việc đề nghị báo giá
mua máy phân tích nước tiểu

Vinh Phúc, ngày 13 tháng 01 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Giao thông vận tải Vinh Phúc có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá làm cơ sở tổ chức mua sắm **Máy phân tích nước tiểu** phục vụ chuyên môn với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Giao thông vận tải Vinh Phúc (Địa chỉ: Tiền Châu – Phúc Yên – Vinh Phúc)

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ và tên: Vũ Đình Nhiệm
- Chức vụ: Nhân viên
- Số điện thoại: 0976.580.124
- Địa chỉ email: vudinhnhiem72@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: bản cứng và bản Scan PDF (bản đã đóng dấu)

- Nhận trực tiếp bản gốc tại: Khoa Dược - TTBYT Bệnh viện GTVT Vinh Phúc
- Nhận Bản sao PDF qua email: khoaduocgtvtvp@gmail.com
- Địa chỉ: TDP Hương Lộc, thị trấn Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc
- Điện thoại: 0976.580.124

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 16h 30 ngày 13 tháng 01 năm 2025 đến trước 16h30 ngày 22 tháng 01 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 22 tháng 01 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục cần báo giá chi tiết theo bảng sau:

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
1	Máy phân tích nước tiểu	a. Yêu cầu chung - Sản xuất năm: 2024 trở về sau, mới 100% - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 - Nguồn điện sử dụng: 100 đến 240 VAC, 50/60Hz - Môi trường làm việc: Nhiệt độ tối đa $\geq 40^{\circ}\text{C}$, độ ẩm tối đa $\geq 85\%$ b. Yêu cầu cấu hình Máy phân tích nước tiểu và bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 máy Cụ thể: - Máy phân tích nước tiểu: 01 máy - Bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ - Que thử: 01 hộp (100 que test thử) - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ c. Yêu cầu kỹ thuật - Màn hình LCD màu cảm ứng - Công suất hoạt động ≥ 500 xét nghiệm/giờ - Khả năng nhập màu và độ trong của nước tiểu để tham chiếu - Tự động gắn cờ kết quả đo bất thường - Bước sóng đơn sắc: 525nm và 635 nm - Hỗ trợ 15 tùy chọn loại que thử, bao gồm Microalbumin, Creatinine, Ascorbic Acid và Calcium - Có thể lựa chọn thứ tự các thông số hiển thị và in ra - Tự động phát hiện và sắp xếp que thử - Kết nối qua cổng RS232C và USB để truyền dữ liệu sang máy tính hoặc LIS d. Yêu cầu khác - Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc. - Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất	01	Máy

		lượng (CQ) và các tài liệu khác. - Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ xuất xứ (CO), tờ khai hải quan (đối với hàng hóa nhập khẩu). - Bảo hành ≥ 12 tháng.		
--	--	--	--	--

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt, các yêu cầu về vận chuyển: Vận chuyển hàng đến tận kho Khoa Dược - TTBYT - Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc.

3. Thời gian thực hiện dự kiến: 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán sau khi bên mua nhận đủ hàng hóa, giấy tờ, thủ tục, hóa đơn tài chính của bên bán.

5. Báo giá cần được người đại diện hợp pháp của công ty ký, đóng dấu đỏ công ty, ghi rõ thời hạn có hiệu lực của báo giá.

Rất mong nhận được sự cộng tác của Quý công ty.

Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc xin trân trọng cảm ơn!

Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Ban giám đốc;
- Websibe Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC



Phạm Việt Hưng