

Số: /BVGTVP-KDVTTTYT

Phú Thọ, ngày tháng năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Giao thông Vĩnh Phúc có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá làm cơ sở mua sắm **Máy siêu âm xách tay số** phục vụ chuyên môn với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- 1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Giao thông Vĩnh Phúc (Địa chỉ: TDP 4 Đạm Nội – phường Phúc Yên – tỉnh Phú Thọ)
- 2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Họ và tên: Viên Văn Thủy
 - Chức vụ: Trưởng khoa Dược – VTTBYT
 - Số điện thoại: 0973.342.859
- 3. Cách thức tiếp nhận báo giá: bản cứng và bản Scan PDF (bản đã đóng dấu)
 - Nhận trực tiếp bản gốc tại : Khoa Dược – VTTBYT Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc
 - Nhận Bản sao PDF qua email: khoaduocgtvtp@gmail.com
 - Địa chỉ: TDP 4 Đạm Nội – phường Phúc Yên – tỉnh Phú Thọ
- 4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ khi phát hành đến trước 10h00 ngày 24/11/2025
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- 5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 24/11/2025

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- 1. Danh mục cần báo giá chi tiết theo bảng sau:

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Máy siêu âm xách tay	I. Yêu cầu chung: - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất năm 2025 trở về sau. - Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương. II. Yêu cầu kỹ thuật 1. Cấu hình hệ tối thiểu bao gồm: a. Phần cứng: - Máy chính: 01 cái - Đầu dò Convex: 01 cái	01	Chiếc

		- Đầu dò Linear: 01 cái - Đầu dò Tim: 01 cái - Pin tích hợp trong máy: 01 cái - Dây nguồn: 01 cái - Xe đẩy điều chỉnh độ cao, bảo vệ đầu dò: 01 cái - Máy in nhiệt (có thể mua lẻ tại Việt Nam): 01 cái - Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt: 01 bộ. b. Phần mềm có các chức năng: - Tính toán độ dày lớp nội trung mạc. - Giúp thao tác đường M-mark để di chuyển đến bất kỳ vị trí nào ở góc mong muốn trong chế độ siêu âm tim chế độ M. - Sóng Doppler liên tục. - Chụp Doppler mô. - Tăng cường khả năng hiển thị kim. - Tính năng chụp ảnh toàn cảnh mở rộng trường nhìn. - Phần mềm đàn hồi. - Đo tự động cho các chỉ số siêu âm thai thường dùng (BPD, HC, AC, FL, OFD, ...). - Người vận hành di chuyển đầu dò thủ công để thay đổi vị trí/góc khi thực hiện quét. Sau khi quét hệ thống kết xuất hình ảnh, sau đó hiển thị khung hình 3D. 2. Tính năng kỹ thuật: - Công nghệ xử lý dữ liệu kênh: cho phép lưu trữ toàn bộ dữ liệu thô trong Bộ nhớ và thông tin này được tái xử lý để tạo thành hình ảnh chất lượng cao hơn. - Máy chính được thiết kế dạng xách tay. - Màn hình hiển thị LCD hoặc tương đương ≥ 15 inch, độ phân giải 1920 x 1080 hoặc cao hơn. - Chế độ hình ảnh: Chế độ hình ảnh B, Chế độ hình ảnh M (chế độ chuyển động), Doppler màu, Doppler năng lượng, Doppler xung. - Bảng điều khiển đồng bộ với máy. - Nơi cắm đầu dò: ≥ 02 ổ cắm - Ổ cứng: ≥ 256 gigabyte - Thời gian sử dụng pin: ≥ 90 phút - Đầu dò Convex: + Dải tần: $\leq 1,5$ MHz đến $\geq 6,0$ MHz + Số chấn tử: ≥ 128 - Đầu dò Linear: + Dải tần: $\leq 3,0$ MHz đến $\geq 12,0$ MHz + Số chấn tử: ≥ 128 - Đầu dò Tim: + Dải tần: $\leq 1,5$ MHz đến $\geq 4,0$ MHz + Số chấn tử: ≥ 64 c. Yêu cầu khác - Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng tại Bệnh viện Giao thông Vĩnh Phúc. - Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ) và		
--	--	--	--	--

		các tài liệu khác. - Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ xuất xứ (CO), tờ khai hải quan (đối với hàng hóa nhập khẩu), Invoice. - Bảo hành ≥ 24 tháng. - Có giấy phép bán hàng, giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc giấy cam kết hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương.		
--	--	--	--	--

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt, các yêu cầu về vận chuyển: Bệnh viện Giao thông Vĩnh Phúc.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 45 ngày kể từ khi ký kết hợp đồng.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán sau khi bên mua nhận đủ hàng hóa, giấy tờ, thủ tục, hóa đơn tài chính của bên bán.

5. Báo giá cần được lập theo mẫu tại Phụ lục kèm công văn này, được người đại diện hợp pháp của công ty ký, đóng dấu đỏ công ty, ghi rõ thời hạn có hiệu lực của báo giá.

Rất mong nhận được sự cộng tác của Quý công ty.

Bệnh viện Giao thông Vĩnh Phúc xin trân trọng cảm ơn!.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Ban giám đốc;
- Website <https://muasamcong.mpi.gov.vn/>;
- Lưu: Dược - VTTBYT.

GIÁM ĐỐC

Phạm Việt Hưng

PHỤ LỤC
Mẫu báo giá

[TÊN NHÀ THẦU]

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Giao thông Vĩnh Phúc

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Giao thông Vĩnh Phúc, chúng tôi *[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh]* báo giá thiết bị y tế phục vụ chuyên môn như sau:

1. Báo giá thiết bị y tế phục vụ chuyên môn như sau:

STT	Danh mục hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Ký, mã, nhãn hiệu, model	Mã HS	Năm sản xuất	Hãng – Nước sản xuất	Số lượng/khối lượng ⁽⁷⁾	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)
1	Thiết bị A								
2	Thiết bị B								

(Giá trên đã bao gồm thuế, chi phí vận chuyển và các chi phí khác)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 24 tháng 11 năm 2025

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các vật tư, thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))