

Số: 463 /YCBG-BVGTVP

Phú Thọ, ngày 02 tháng 10 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Giao thông Vĩnh Phúc có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá làm cơ sở tổ chức mua sắm Máy đo thị trường với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Giao thông Vĩnh Phúc (Địa chỉ: TDP Đạm Nội – Phúc Yên – Phú Thọ)
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Họ và tên: Vũ Đình Nhiệm
 - Chức vụ: Nhân viên
 - Số điện thoại: 02113875005
- Hình thức tiếp nhận báo giá: Trực tiếp, Email và Online (qua website muasamcong.mpi.gov.vn)
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ khi phát hành đến trước 16h00 ngày 12/10/2026

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 12/10/2026

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục cần báo giá chi tiết theo bảng sau:

TT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Máy đo thị trường	1. Yêu cầu chung - Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2026 trở về sau. - Nhà sản xuất thiết bị đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Nguồn điện sử dụng: 100-240V, 50/60 Hz - Môi trường hoạt động: - Nhiệt độ tối đa: $\geq 30^{\circ}\text{C}$ - Độ ẩm tối đa: $\geq 70\%$ 2. Yêu cầu cấu hình cung cấp - Máy chính: 01 cái - Chân bàn nâng hạ bằng điện: 01 máy - Bộ thử kính nhỏ: 01 bộ - Máy in: 01 bộ	02	Chiếc

TT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
		- Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh và tiếng Việt): 01 bộ 3. Thông số kỹ thuật - Phạm vi đo tối đa: $\geq 90^\circ$ - Khoảng cách kiểm tra: $\geq 30\text{cm}$ - Độ sáng nền lên tới: $\geq 31.5\text{ asb}$ (hoặc $\geq 10\text{cd/m}^2$) - Kích thích: Goldmann III - Cường độ kích thích: $\leq 1\text{ asb}$ tới $\geq 10,000\text{ asb}$ ($0 \sim 50\text{ dB}$) - Thời lượng kích thích: $\leq 200\text{ms}$ - Thư viện kiểm tra kích thích: T10-2, T24-2, T30-2, TMacula, T60-4 - Chiến lược kích thích: Kích thích đầy đủ, Bậc thang nhanh, HISA, Kích thích tiêu chuẩn hoặc hơn. - Các bài kiểm tra sàng lọc: S-64, S-76 - Các chiến lược sàng lọc: 2 vùng, 3 vùng, Định lượng tổn thương (hoặc nhiều hơn). - Các bài kiểm tra đặc biệt: D-30, D-60, EM-M, EM-B - Theo dõi định thị tối thiểu có: Theo dõi điểm mù, Theo dõi cố định, Đo lường đồng tử. - Các tính năng của phần mềm: - Các tính năng của phần mềm: Đưa ra chỉ số thị trường, Test nửa thị trường Glaucoma (GHT), Phân tích thị trường đơn, Đánh giá thị trường nối tiếp hoặc hơn. - Điều khiển: Tay cầm Hệ thống lắp ráp: - Hệ điều hành: Hệ điều hành chuyên dụng hoặc tương đương. - Màn hình điều khiển: Màn hình cảm ứng LCD hoặc tương đương; cảm ứng hiển thị $\geq 15"$ - Lưu trữ: $\geq 32\text{GB}$, hơn $\geq 1.000.000$ kết quả thử nghiệm - Kết nối mạng: Ethernet. 4. Yêu cầu khác - Thiết bị phải được bảo hành ≥ 12 tháng kể từ khi nghiệm thu. - Nhà cung cấp chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản.		

TT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
		- Thực hiện chế độ bảo trì định kỳ tối thiểu 03 tháng một lần trong thời gian bảo hành. - Nhà cung cấp phải cam kết cung cấp vật tư, linh kiện và phụ tùng thay thế trong vòng ít nhất 08 năm;		

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt, các yêu cầu về vận chuyển: Vận chuyển hàng đến tận kho Khoa Dược - VTTBYT Bệnh viện Giao thông Vĩnh Phúc.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Dưới 45 ngày kể từ khi ký kết hợp đồng.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán sau khi bên mua nhận đủ hàng hóa, giấy tờ, thủ tục, hóa đơn tài chính của bên bán.

5. Báo giá cần được lập theo mẫu tại Phụ lục kèm công văn này, được người đại diện hợp pháp của công ty ký, đóng dấu đỏ công ty, ghi rõ thời hạn có hiệu lực của báo giá.

Rất mong nhận được sự cộng tác của Quý công ty.

Trân trọng!.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Ban giám đốc;
- Website Bệnh viện Giao thông Vĩnh Phúc;
- Lưu: Dược - VTTBYT.

GIÁM ĐỐC



Phạm Việt Hưng

Phạm Việt Hưng
SỞ Y TẾ, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
02/10/2026 14:26:39 +07:00

PHỤ LỤC

Mẫu báo giá

[TÊN NHÀ THẦU]

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Giao thông Vĩnh Phúc

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Giao thông Vĩnh Phúc, chúng tôi *[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh]* báo giá thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá thiết bị y tế như sau:

STT	Danh mục thiết bị y tế	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất	Thông số kỹ thuật	Mã HS	Năm sản xuất	Xuất xứ	Số lượng/khối lượng ⁽⁷⁾	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)
1	Thiết bị A								
2	Thiết bị B								

(Giá trên đã bao gồm thuế, chi phí vận chuyển và các chi phí khác)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 12 tháng 10 năm 2026

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các vật tư, thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))