

Số: /BVGTVP-KDVTTTYT Phú Thọ, ngày tháng năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp hàng hóa tại Việt Nam

Bệnh viện Giao thông Vĩnh Phúc có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá làm cơ sở tổ chức mua sắm Hệ thống nội soi tai mũi họng với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- 1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Giao thông Vĩnh Phúc
- 2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Họ và tên: Vũ Đình Nhiệm
 - Chức vụ: Nhân viên
 - Số điện thoại: 0976.580.124
 - Địa chỉ email: vudinhnhiem72@gmail.com
- 3. Cách thức tiếp nhận báo giá: bản cứng và bản Scan PDF (bản đã đóng dấu)
 - Nhận trực tiếp bản gốc tại: Khoa Dược - VTTBYT Bệnh viện Giao thông Vĩnh Phúc
 - Nhận Bản sao PDF qua email: khoaduocgtvtvp@gmail.com
 - Địa chỉ: Thôn Hưởng Lộc, xã Xuân Lãng, tỉnh Phú Thọ
 - Điện thoại: 0976.580.124
- 4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Kể từ khi phát hành đến trước 16h ngày 27/7/2026. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- 5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 45 ngày, kể từ ngày 27/7/2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục cần báo giá chi tiết theo bảng sau:

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu tối thiểu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Hệ thống nội soi tai mũi họng	* Cấu hình: - 01 Camera - 01 Bộ xử lý hình ảnh - 01 Nguồn sáng - 01 Dây dẫn sáng - 01 Optic 0° - 01 Optic 70° - 01 Xe để máy - 01 Màn hình hiển thị	01	Hệ thống

	- 01 Pedan dừng ảnh. * Thông số kỹ thuật: 1. Camera: - Độ phân giải: 1920 x 1080 pixels - Có nút bấm trên thân camera: Nút zoom và chụp hình. 2. Bộ xử lý hình ảnh: - Nguồn điện: AC220V/50Hz - Video out: 2 cổng HDMI, 1 cổng DVI , 1 cổng AV. - Chức năng cân bằng trắng - Chức năng điều chỉnh tăng giảm màu - Chức năng phóng to thu nhỏ hình ảnh - Chức năng chụp hình (Pedal) & chia 1/2/4 hình chuẩn HD - Chức năng xem lại & thay thế hình đã chụp 3. Nguồn sáng: - Nguồn điện 220V/50Hz - Công suất tiêu thụ: $\geq 80W$ - Kiểu bóng: LED - Chức năng hiển thị cường độ sáng - Chức năng điều chỉnh cường độ sáng - Tuổi thọ bóng: ~50.000 giờ hoặc cao hơn. - Chuẩn đầu cắm sáng: Storz /Wolf 4. Dây dẫn sáng - Chiều dài $\geq 2m$ - Có miếng chống nóng 5. Ống nội soi - Ống nội soi 70 độ: Kích thước: Ø4mm x 175mm - Ống nội soi 0 độ: Kích thước: Ø3mm x 110mm 6. Xe để máy - Cột trụ bằng nhôm đúc áp lực sơn tĩnh điện. - Có bánh xe - Tay treo camera chống xóc - Treo màn hình điều chỉnh lên/xuống 7. Màn hình hiển thị - Kích thước màn hình: ≥ 24 inch - Độ phân giải: 1920 x 1080 hoặc cao hơn.	
--	---	--

2. Địa điểm cung cấp, các yêu cầu về vận chuyển: Vận chuyển hàng đến tận kho Khoa Dược - VTTBYT - Bệnh viện Giao thông Vĩnh Phúc.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Từ 20 ngày kể từ khi ký kết hợp đồng.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán sau khi bên mua nhận đủ hàng hóa, giấy tờ, thủ tục, hóa đơn tài chính của bên bán.

5. Báo giá cần được được người đại diện hợp pháp của công ty ký, đóng dấu đỏ công ty, ghi rõ thời hạn có hiệu lực của báo giá.

Rất mong nhận được sự cộng tác của Quý công ty.

Bệnh viện Giao Thông Vĩnh Phúc xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Ban giám đốc;
- Websibe Bệnh viện Giao thông Vĩnh Phúc;
- Lưu: VT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trần Trung Kiên