

Vĩnh Phúc, ngày 23 tháng 8 năm 2023

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm **máy điện tim** phục vụ chuyên môn với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc (Địa chỉ: Tiền Châu – Phúc Yên – Vĩnh Phúc)

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ và tên: Viên Văn Thủy

- Chức vụ: Trưởng khoa Dược – TTBYT

- Số điện thoại: 0973.342.859

- Địa chỉ email: vthuyfl@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: bản cứng và bản Scan PDF (bản đã đóng dấu)

- Nhận trực tiếp bản gốc tại : Khoa Dược – TTBYT Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc

- Nhận Bản sao PDF qua email: khoaduocgtvtvp@gmail.com

- Địa chỉ: Tiền Châu – Phúc Yên – Vĩnh Phúc

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 24/08/2023 đến trước 16h ngày 05/09/2023

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 05/09/2023

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục cần báo giá chi tiết theo bảng sau:



STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
1	Máy điện tim	<p>a. Yêu cầu chung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sản xuất năm: 2022 trở về sau, mới 100% - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương - Nguồn điện sử dụng: <ul style="list-style-type: none"> + Nguồn AC: 100 ~ 240V AC, 50Hz + Nguồn DC: Theo pin tích hợp trong máy - Môi trường làm việc: Nhiệt độ tối đa $\geq 40^{\circ}\text{C}$, độ ẩm tối đa $\geq 80\%$ <p>b. Yêu cầu cấu hình</p> <p>1. Máy điện tim và bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 máy</p> <p>Cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 01 Máy chính - 01 Bộ cáp đầu đo đến bệnh nhân - 01 Bộ kẹp tứ chi - 01 Bộ điện cực đo ngực - 01 Bộ dây nguồn - 01 Pin sạc - 01 Giấy in - 01 Gel điện tim - 01 Bộ sách HDSD tiếng Anh + Việt <p>c. Yêu cầu kỹ thuật</p> <p>ECG:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đạo trình: 12 đạo trình tiêu chuẩn - Lựa chọn độ nhạy: 1/4, 1/2, 1, 2 cm/mV, thủ công hoặc tự động. - Hằng số thời gian: 3.2s hoặc lớn hơn - Đáp ứng tần số: 0.05Hz đến 150Hz (trong dải -3dB) - Tỷ lệ loại nhiễu đồng pha: 103dB hoặc lớn hơn - Điện thế điện cực cực đại: $\pm 600\text{mV}$ hoặc lớn hơn - Chuyển đổi A/D: ≥ 18 bit - Tần số lấy mẫu: ≥ 8000 	01	Máy



	<p>mẫu/s/kênh</p> <ul style="list-style-type: none"> - Các bộ lọc: AC: 50 Hz, -20dB hoặc ít hơn Rung cơ: 25 hoặc 35Hz, -3dB (-6dB/oct) Dịch tần: 0.25 hoặc 0.5Hz, -3dB (-6dB/oct) - Hệ thống in: Dùng đầu in nhiệt (tích hợp trong máy) - Tốc độ in: 5,10,12.5,25,50mm/s \pm3% hoặc thấp hơn - Kênh in: 3, 6 kênh - Độ nhạy tiêu chuẩn: \leq10mm/mV - Lựa chọn độ nhạy: $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$, 1, 2, tự động <p>Lưu trữ ECG:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bộ nhớ trong: \geq500 cuộc thăm khám. <p>Hiển thị:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thiết bị: Màn hình màu LCD rộng \geq5 inch - Độ phân giải tối thiểu: 320 x 240 dots. <p>Hoạt động:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thiết bị cho vận hành: Màn hình cảm ứng và/hoặc phím bấm <p>Trọng lượng máy: \leq 5kg</p> <p>d. Yêu cầu khác</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc. - Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), tờ khai hải quan và các tài liệu khác. - Bảo hành \geq12 tháng. 	
--	--	--

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt, các yêu cầu về vận chuyển: Vận chuyển hàng đến tận kho Khoa Dược - TTBYT - Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Từ 20 ngày kể từ khi ký kết hợp đồng.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán sau khi bên mua nhận đủ hàng hóa, giấy tờ, thủ tục, hóa đơn tài chính của bên bán.


5. Báo giá cần được lập theo mẫu tại Phụ lục kèm công văn này, được người đại diện hợp pháp của công ty ký, đóng dấu đỏ công ty, ghi rõ thời hạn có hiệu lực của báo giá.

Rất mong nhận được sự cộng tác của Quý công ty.

Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận: ✓

- Như kính gửi;
- Ban giám đốc;
- Website Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc;
- Lưu: Dược - TTBYT.

GIÁM ĐỐC

Phạm Việt Hưng

PHỤ LỤC

Mẫu báo giá

[TÊN NHÀ THẦU]

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc, chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá vật tư y tế phục vụ chuyên môn như sau:

1. Báo giá vật tư y tế phục vụ chuyên môn như sau:

STT	Danh mục thiết bị y tế	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất	Mã HS	Năm sản xuất	Xuất xứ	Số lượng/khối lượng ⁽⁷⁾	Đơn giá (VNĐ)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VNĐ)	Thuế, lệ phí (nếu có) (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1	Thiết bị A									
2	Thiết bị B									

(Giá trên đã bao gồm thuế, chi phí vận chuyển và các chi phí khác)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 05 tháng 09 năm 2023



3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc hợp mạt khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các vật tư, thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

